





















positioning  
patients for life.®

# SYMBOLORDLISTE

SYMBOL	SYMBOL-TITTEL	BESKRIVELSE	STANDARDTITTEL OG NUMMERBETEGNELSE	REFERANSE- NUMMER
	Produksjonsdato	Angir når den medisinske enheten ble produsert.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO og ANSI/AAMI/ISO 15223-1 medisinsk utstyr) – Symboler for medisinsk utstyr til bruk på etiketter – Generelle krav.	5.1.3
	Produsent	Angir produsenten av det medisinske utstyret, som definert i EU-direktivene 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/EF.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO og ANSI/AAMI/ISO 15223-1 medisinsk utstyr) – Symboler for medisinsk utstyr til bruk på etiketter – Generelle krav.	5.1.1
	Autorisert representant i den europeiske unionen	Angir autorisert representant i EU.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO og ANSI/AAMI/ISO 15223-1 medisinsk utstyr) – Symboler for medisinsk utstyr til bruk på etiketter – Generelle krav.	5.1.2
	Conformité Européene (europeisk samsvar)	CE-merking på et produkt er produsentens erklæring på at produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene i relevant europeisk helse-, sikkerhets- og miljølovgivning.	Direktiv 93/68/EØF.	I/R
	Bestillingsnummer	Angir produsentens katalognummer slik at det medisinske utstyret kan identifiseres.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO og ANSI/AAMI/ISO 15223-1 medisinsk utstyr) – Symboler for medisinsk utstyr til bruk på etiketter – Generelle krav.	5.1.6
	Serienummer	Angir produsentens serienummer, slik at bestemt medisinsk utstyr kan identifiseres.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO og ANSI/AAMI/ISO 15223-1 medisinsk utstyr) – Symboler for medisinsk utstyr til bruk på etiketter – Generelle krav.	5.1.7
	Batchkode	Angir produsentens batchkode, slik at batch eller lot kan identifiseres.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO og ANSI/AAMI/ISO 15223-1 medisinsk utstyr) – Symboler for medisinsk utstyr til bruk på etiketter – Generelle krav.	5.1.5

SYMBOL	SYMBOL-TITTEL	BESKRIVELSE	STANDARDTITTEL OG NUMMERBETEGNELSE	REFERANSE-NUMMER
	Se i bruksanvisningen/heftet	Angir at det er viktig at bruksanvisningen/heftet leses.	ISO 7010 – Grafiske symboler – Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilt –Registrerte sikkerhetsskilt	ISO 7010-M002
	MR-sikker	Et element som ikke utgjør kjente farer som følge av eksponering for MR-miljø.	ASTM F2503 – 13 Standard fremgangsmåte for merking av medisinsk utstyr og andre elementer for sikkerhet i MR-miljø	7.3.1
	MR-betinget	Et element med påvist sikkerhet i MR-miljø innenfor definerte forhold.	ASTM F2503 – 13 Standard fremgangsmåte for merking av medisinsk utstyr og andre elementer for sikkerhet i MR-miljø	7.3.2
	Ikke MR-sikker	Et element som utgjør en uakseptabel risiko for pasienten, helsepersonell eller andre personer i MR-miljøet.	ASTM F2503 – 13 Standard fremgangsmåte for merking av medisinsk utstyr og andre elementer for sikkerhet i MR-miljø	7.3.3
	Advarsel	Indikerer behovet for at brukeren må sjekke bruksanvisningen for viktig informasjon som advarsler og forsiktighetsregler som av ulike årsaker ikke kan stå på selve det medisinske apparatet.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO og ANSI/AAMI/ISO 15223-1 medisinsk utstyr) – Symboler for medisinsk utstyr til bruk på etiketter – Generelle krav.	5.4.4
	Generell advarsel	Indikerer en generell advarsel	ISO 7010 – Grafiske symboler – Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilt –Registrerte sikkerhetsskilt	ISO 7010-W001
	Advarsel – elektrisitet	Varsler om elektrisitet	ISO 7010 – Grafiske symboler – Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilt –Registrerte sikkerhetsskilt	ISO 7010-W012
	Kun til engangsbruk	Indikerer et medisinsk apparat som er beregnet for engangsbruk eller på én pasient i løpet av en enkeltprosedyre.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO og ANSI/AAMI/ISO 15223-1 medisinsk utstyr) – Symboler for medisinsk utstyr til bruk på etiketter – Generelle krav.	5.4.2
	Type B-anvendt del	På medisinsk utstyr. For å identifisere en type B-anvendt del i samsvar med IEC 60601-1.	IEC/TR 60878 Grafiske symboler for elektrisk utstyr i medisinsk praksis.	5840
	Holdes tørr	Indikerer et medisinsk apparat som må beskyttes mot fuktighet.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO og ANSI/AAMI/ISO 15223-1 medisinsk utstyr) – Symboler for medisinsk utstyr til bruk på etiketter – Generelle krav.	5.3.4

<b>SYMBOL</b>	<b>SYMBOL-TITTEL</b>	<b>BESKRIVELSE</b>	<b>STANDARDTITTEL OG NUMMERBETEGNELSE</b>	<b>REFERANSE- NUMMER</b>
	Ømtålig, behandles forsiktig	Indikerer et medisinsk apparat som kan ødelegges eller bli skadet hvis det ikke håndteres forsiktig.	ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (ISO og ANSI/AAMI/ISO 15223-1 medisinsk utstyr) – Symboler for medisinsk utstyr til bruk på etiketter – Generelle krav.	5.3.1
	Antall	Indikerer antallet medisinske enheter som emballasjen inneholder.	I/R	I/R
	Kjøpsordre	Angir kundens kjøpsordrenummer for kjøpet av det medisinske utstyret i emballasjen.	I/R	I/R